



檢驗科公告

發布日期：2026.2.10

人員：林奇勇

分機：1120

編號：

公告對象：

■ 檢驗科同仁

■ 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：**D-dimer 檢驗方法及採檢容器異動通知**

公告內容：

一、檢驗儀器更換

原使用 Mini VIDAS 檢測系統，因設備汰舊換新，將改採 **Quidel Triage MeterPro** 進行檢測。

二、採檢容器異動

D-dimer 採檢容器更改為 **EDTA 紫頭管**，請各臨床單位依新規定採檢並送檢。

三、臨床決策值

本次更換檢驗方法後，D-dimer 臨床決策值維持不變： $< 500 \text{ ng/mL}$

四、生效日期

自 2026 年 2 月 10 日 9 時起 正式實施。

五、聯絡方式

如有相關問題，請洽檢驗科，分機 1120。

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：