

檢驗名稱	SCC	中文名稱	SCC 腫瘤標記
檢驗代碼	scc	健保編號(點數)	12080B(400)
檢體種類	Serum (血清)、Plasma	檢驗方法	CMIA
採集容器	含 Gel 紅頭管、Heparin 綠頭試管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	3 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	≤1.5ng/ml		
臨床意義	婦科、呼吸道、消化道鱗狀細胞癌的腫瘤標幟。 上升：25% 肺部鱗狀細胞癌52% 子宮鱗狀細胞癌61% 子宮頸癌。		
備註	<p>一、參考檢驗：無。</p> <p>二、干擾因素：</p> <p>1.反應過程中若受到汗水、唾液或其他體液污染，則可能產生錯誤之較高SCC值。</p> <p>2.曾接受鼠單株抗體診斷或治療之患者檢體可能含人類抗鼠抗體(HAMA)，這些檢體以含鼠單株抗體之分析試劑測試時，可能顯示偽性高值或低值，可能需要其他臨床或診斷訊息來判斷病患狀況。</p> <p>三、注意事項：</p> <p>肝素治療患者之檢體可能不完全凝結，因纖維蛋白存在而產生錯誤之結果。</p>		

修訂日期：2024.10.1